

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Jakości i Marketingu (094) 34 - 88 - 380
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: zampub.swk@ko.home.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 04.11.2008 r.

znak pisma: TP-231/1/PN/118/2008

Do:

**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetargu nieograniczonego nr TP-231/1/PN/118/2008 – materiały opatrunkowe
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1, ZADANIE NR 8 Poz. nr 1-3- Pieluchomajtki dla dorosłych

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pieluchomajtek o obwodzie pasa: **poz. nr 1- 50-80cm; poz. nr 2- 70-120 cm; poz. nr 3 100-150 cm?**

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 2 „ZADANIE NR 9 Poz. nr 1-3- Pieluchomajtki dla dzieci

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pieluchomajtek w rozmiarze: **poz. nr 1- 3-6 kg; poz. nr 2- 4-9 kg; poz. nr 3- 7-18kg?**

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 3 „ZADANIE NR 11 Poz. nr 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania opasek gipsowych pakowanych w opakowania a'2 szt.?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zaferowanie opasek gipsowych pakowanych w opakowania a'2 szt.

PYTANIE 4 „ZADANIE NR 11 Poz. Nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski gipsowej o szerokości 14 cm?"

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 5 „ZADANIE NR 20 Poz. nr 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku samoprzylepnego w rozmiarze 6 x 10cm lub 6 x 8,5cm?"

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 6 „ZADANIE NR 20 Poz. nr 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku samoprzylepnego w rozmiarze 5 x 7,2cm?"

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 7 „ZADANIE NR 20 Poz. nr 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku samoprzylepnego w rozmiarze 9 x 15cm?"

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 8 „Dotyczy zadania nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie sześciu pierwszych pozycji (1-6) jako osobny pakiet (wylączone pozycje stanowiłyby wtedy nowy pakiet noszący nazwę np. „Zadanie 19A”)?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 9 Dotyczy: zad. 11, poz. 4

„ Czy Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową szybkowiążącą o szerokości 14cm? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 10 Dotyczy: zad. 12, poz. 14, 15, 16

„ Czy Zamawiający dopuszcza przyklepic o wymiarach odpowiednio:

- 5cm x 10m
- 10cm x 10m
- 15cm x 10m?

Reszta parametrów zgodnie z SIWZ”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 11 „Zadanie nr 16 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gąbki kolagenowej o wymiarach 4 x 5 x 0,5cm, do ochrony antybiotykowej pacjenta, o przedłużonym uwalnianiu gentamycyny do 10 dni?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 12 „Zadanie nr 16 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gąbki kolagenowej o wymiarach 10 x 8 x 0,5cm, do ochrony antybiotykowej pacjenta, o przedłużonym uwalnianiu gentamycyny do 10 dni?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 13 „Zadanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy opatrunkowej jałowej 17 nitkowej kopertowanej w rozmiarze podanym w SIWZ, pakowanej pojedynczo. Sposób pakowania nie wpływa na wartość użytkową produktu gdyż jest to produkt jałowy nadający się do użytku szpitalnego.

Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 13 „Zadanie nr 12 poz. nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie plastra tkaninowego na kleju akrylowym o długości rolki 9,14m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie plastra tkaninowego na kleju akrylowym o długości rolki 9,14m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.

PYTANIE 14 „Zadanie nr 12 poz. nr 5-7

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie plastra z jedwabiu na kleju akrylowym o długości rolki 9,14m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastra z jedwabiu na kleju akrylowym o długości rolki 9,14m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.

PYTANIE 15 „Zadanie nr 12 poz. nr 8-9

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie plastra z przezroczystego mikroporowatego polietylenu na kleju akrylowym o długości rolki 9,14m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastra z przezroczystego mikroporowatego polietylenu na kleju akrylowym o długości rolki 9,14m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.

PYTANIE 16 „Zadanie nr 12, poz. nr 10

Uprzejmie prosimy o zgodę na zaoferowanie hypoalergiczných pasków do zamykania ran w wymaganym przez Zamawiającego rozmiarze pakowanego po 6 sztuk w kopercie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie hypoalergiczných pasków do zamykania ran w wymaganym rozmiarze pakowanych po 6 sztuk w kopercie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.

PYTANIE 17 „Zadanie nr 12, poz. nr 11

Prosimy o zgodę na zaoferowanie hypoalergiczných pasków do zamykania ran w wymaganym przez Zamawiającego rozmiarze pakowanych po 10 sztuk w kopercie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie hypoalergicznym pasków do zamykania ran w wymaganym przez Zamawiającego rozmiarze pakowanych po 10 sztuk w kopercie z odpowiednim przeliczeniem zamawiany ilości w formularzu cenowym.

PYTANIE 18 „Zadanie nr 12, poz. nr 12-13

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie plastrów z opatrunkiem o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.?”

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 19 „Zadanie nr 17, poz. nr 1

Prosimy o dopuszczenie żelu do rozpuszczania tkanki martwiczej w opakowaniu a'20g, z odpowiednim przeliczeniem zamawiany ilości w formularzu cenowym. Bardzo niewielka różnica w rozmiarze nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe żelu.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza żel do rozpuszczania tkanki martwiczej w opakowaniu a'20g, z odpowiednim przeliczeniem zamawiany ilości w formularzu cenowym.

PYTANIE 20 „Zadanie nr 17, poz. nr 2

Prosimy o dopuszczenie opatrunku z pianki poliuretanowej o takim samym działaniu jak opatrunek opisany w SIWZ w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm, Bardzo niewielka różnica w rozmiarze nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe opatrunku.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opatrunek z pianki poliuretanowej o takim samym działaniu jak opatrunek opisany w SIWZ w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm.

PYTANIE 21 „Zadanie nr 17, poz. nr 3

Prosimy o dopuszczenie opatrunku z pianki poliuretanowej o takim samym działaniu jak opatrunek opisany w SIWZ w rozmiarze 10cm x 10cm. Bardzo niewielka różnica w rozmiarze nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe opatrunku.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opatrunek z pianki poliuretanowej o takim samym działaniu jak opatrunek opisany w SIWZ w rozmiarze 10cm x 10cm.

PYTANIE 22 „Zadanie nr 17, poz. nr 5

Prosimy o dopuszczenie opatrunku z pianki poliuretanowej o takim samym działaniu jak opatrunek opisany w SIWZ w rozmiarze 15cm x 15cm. Bardzo niewielka różnica w rozmiarze nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe opatrunku.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. opatrunku w rozmiarze 15 x 15cm pod warunkiem, że ilości zostaną odpowiednio przeliczone do powierzchni opatrunków wynikającej z SIWZ.

PYTANIE 23 Zadanie nr 17, poz. nr 7

Prosimy o dopuszczenie opatrunku z węgla aktywnego z dodatkiem srebra w rozmiarze 10cm x 20cm. Bardzo niewielka różnica w rozmiarze nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe opatrunku.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opatrunek z węgla aktywnego z dodatkiem srebra w rozmiarze 10cm x 20cm.

PYTANIE 24 Zadanie nr 19, poz. nr 3

Prosimy o dopuszczenie opatrunku hydrokoloidowego do zaopatrywania ran w okolicy lędźwiowej w rozmiarze 14cm x 16cm. Bardzo niewielka różnica w rozmiarze nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe opatrunku.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania ran w okolicy lędźwiowej w rozmiarze 14cm x 16cm.

PYTANIE 25 Zadanie nr 19, poz. nr 9

Prosimy o dopuszczenie opatrunku z alginianu wapnia w formie tamponady 30cm/2g. Bardzo niewielka różnica w gramaturze nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe opatrunku.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza opatrunek z alginianu wapnia w formie tamponady 30cm/2g.

PYTANIE 25 Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie typu blister pack?

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 26 Zadanie 12

Poz.1-3: Czy Zamawiający dopuszcza przylepce bez perforacji o długości nawoju 9m?

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 27 Zadanie 12

Poz.4 i 12: Czy Zamawiający dopuszcza hypoalergiczny klej z syntetycznego kauczuku?

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 28 Zadanie 12

Poz.14-16: Czy Zamawiający dopuszcza przylepce bez perforacji o długości nawoju 9m?

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 29 Zadanie 15, poz. 23

„Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 23 z zadania 15, co umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 23 z zadania 15 i utworzenie odrębnego zadania 15A.

W załączeniu formularz ofertowy z wydzielonym zadaniem 15A.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Małgorzata Sikora
Zesp. L. i K. w Koszalinie