



# Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (0-94) 34 - 88 - 400  
Sekretariat (0-94) 34 - 88 - 151  
Dyrektor (0-94) 34 - 88 - 102  
Dział Jakości i Marketingu (0-94) 34 - 88 - 380  
Fax (0-94) 34 - 88 - 299  
e-mail marketing@swk.med.pl  
http www.swk.med.pl

Koszalin, dnia 28 listopada 2008 r.

znak pisma: TP-231/5/PN/121/2008

**Do:**

**Wykonawcy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

<b>DOTYCZY:</b>	przetargu nieograniczonego nr TP-231/5/PN/121/2008- dostawa wkładów jednorazowego użytku do ssaków próżniowych
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udzielam odpowiedzi na zadane pytanie:

**PYTANIE**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkładów o pojemności 2000 ml, mierzonej z dokładnością nie mniejszą niż +/- 5%, przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ?”

**ODPOWIEDŹ**

Tak

Z UP. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
Inż. Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczne i Administracyjne