



Szpital
Wojewódzki
Koszalin



Kontakt:
Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: ewelina@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 9 grudnia 2008r.

znak pisma: TP-231/3/PN/129/2008

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetarg nieograniczony nr TP-231/3/PN/129/2008 – zwijalne soczewki wewnątrzgałkowe
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1

„Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści możliwość zaoferowania jako soczewek o mniejszej optyce, soczewek bez optyki asferycznej oraz filtra światła niebieskiego dostępnych w zakresie mocy od +10 do +30 Dioptrii?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 zaoferowanie soczewek bez optyki asferycznej oraz filtra światła niebieskiego dostępnych w zakresie mocy od +10 do +30 Dioptrii.

PYTANIE NR 2

„Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści możliwość zaoferowania jako soczewek o mniejszej optyce, soczewek dostępnych w zakresie mocy od +10 do +30 Dioptrii?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 zaoferowanie soczewek dostępnych w zakresie mocy od +10 do +30 Dioptrii.

PYTANIE NR 3

„Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści możliwość zaoferowania jako soczewek o mniejszej optyce, soczewek zwijalnych jednoczęściowych o angulacji części haptycznej O° dostępnych w zakresie mocy od +10 do +30 Dioptrii?”

ODPOWIEDŹ


Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 zaoferowanie soczewek zwijalnych jednoczęściowych o angulacji części haptycznej O° dostępnych w zakresie mocy od +10 do +30 Dioptrii.

PYTANIE NR 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niewycenianie zestawów implantacyjnych, jeśli ich koszt zostanie przez Wykonawcę skalkulowany w cenie oferowanych soczewek?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na niewycenianie zestawów implantacyjnych, których koszt zostanie przez wykonawcę skalkulowany w cenie oferowanych soczewek. W formularzu ofertowym w pozycji 4 należy wpisać cenę 0,00 zł.


z. uz. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczne i Administracyjne