

Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http www.swk.med.pl

Koszalin, 5 sierpnia 2010 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/167/2010

Do:

**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/167/2010 – implantowane kardiowertery-defibrylatory i stymulatory serca
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1

„Dotyczy zadania (parametry oceniane) nr 1 (pkt 1) i zadania nr 2 (pkt 1), zadanie nr3 (pkt 2) „Zakres amplitudy impulsu”:

Czy zamawiający miał na myśli jednostkę amplitudy wyrażoną w [V] a nie w [mV]?
Jest to używana miara w tego rodzaju urządzeniach(nastawy w V).”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 2

„Dotyczy zadania (parametry graniczne) nr8(pkt 12 i13) i 9 (pkt 14):

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 3 różnymi funkcjami antyarytmicznymi (NCAP, PVC Response, PMT Intervention), zapobiegające powstaniu arytmii, co eliminuje potrzebę posiadania funkcji stabilizującej rytm komorowy, która działa tylko podczas arytmii którym urządzenie przeciwdziała?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 3

„Dotyczy zadania nr 12 (pkt 4):

Czy zamawiający dopuści stymulator bez automatycznego PVARP-u (możliwości takie mają stymulatory dwujamowe)?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 4

„Dotyczy zadania nr 12 (pkt5):

Czy zamawiający dopuści stymulator z zakresem czułości w kanale przedsionkowym w zakresie 0,25-4,0mV?”

ODPOWIEDŹ

Tak.


PYTANIE 5

„Dotyczy pakietu nr 12 (pkt 11):

Czy zamawiający dopuszcza stymulator z histerezą częstości rytmu bez histerezy przedsionkowo –komorowej? ”

ODPOWIEDŹ

Tak.

z up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych