

**SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7
75 – 581 KOSZALIN**

NIP: **669-10-44-410**

REGON: **330006292**

BANK: **BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

INKUBATOR TRANSPORTOWY

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości mniejszej niż 193 000 EURO**

NUMER POSTĘPOWANIA:	TP-231/3/PN/203/2010
PODSTAWA PRAWNA:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759)
CENA SIWZ:	50,00 zł

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa inkubatora transportowego. Kod CPV 33152000-0
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w [Załączniku nr 2 do SIWZ](#).

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia 8 tygodni od daty podpisania umowy.

III. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;
 - b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
 - c) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 - 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:

- 1) pkt 2, 3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - 2) pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
- 2.2 Dokumenty, o których mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- 1.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2.2 stosuje się odpowiednio.
- 1.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty:
- 1) oświadczenie dotyczące danych wykonawcy – **Załącznik nr 1 do SIWZ**;
 - 2) opis przedmiotu zamówienia – **Załącznik nr 2 do SIWZ**;
 - 3) formularz ofertowy – **Załącznik nr 4 do SIWZ**;
 - 4) oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III);
 - 5) deklaracja zgodności;
 - 6) potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej;
 - 7) wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i użytkowania zgodnie z art. 52, 53, 54 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. 04.93.896 z dnia 20 kwietnia 2004 r.) - nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I i IIa;
 - 8) dane techniczne producenta lub instrukcje oferowanego sprzętu potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia;
 - 9) warunki gwarancji.
4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- 1) pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty

Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną(e) do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i naniesioną datą.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Ewelina Kopaczewska st. inspektor ds. zamówień publicznych
tel.: (094) 34-88-415; fax.: (094) 34-88-103; e-mail: ewelina@swk.med.pl

UWAGA:

Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

X. WADIUM

Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium.

XI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu do składania ofert.

XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
- 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
- 8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 11) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna

- 1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
 - a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
 - c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
 - d) Pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.
 - e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
 - f) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniższego wzoru:

**„NAZWA WYKONAWCY
NR POSTĘPOWANIA: TP-231/3/PN/203/2010
INKUBATOR TRANSPORTOWY”**

**SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, 75-581 KOSZALIN
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH”**

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia **20.08.2010 r. do godz. 10.00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.08.2010 r. o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
- Cena może być tylko jedna.
- Cena (wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT

XV. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

LP	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	100 %	Cena oferowana minimalna brutto ----- X 100 Cena badanej oferty brutto

- Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. WARUNKI UMOWY

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi **Załącznik nr 3 do SIWZ**.

XVIII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie której zawarta została umowa, przy niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku gdy:
 - Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - wystąpi incydent medyczny związany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
 - producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
- Dopuszcza się możliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę.
- Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy

zapropnuje ten sam produkt w niższej cenie.

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Odwołanie

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) odrzucenia oferty odwołującego.
- 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą sposobu określonego w dziale VIII SIWZ.
- 6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
- 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
- 8) Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
- 9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
- 10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 11) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Skarga do sądu

- 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
- 4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
- 6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.
- 7) Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
- 8) Skarga powinna czynić zadość wymogom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
- 9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
- 10) Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI.

XX. PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. W przypadku braku wskazania podwykonawców Zamawiający uzna, że całość zamówienia zrealizowana zostanie przez Wykonawcę.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady udostępniania dokumentów
 - 1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
 - 2) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
 - b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
 - c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
 - d) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł netto;
 - e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

XXII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące danych wykonawcy
2. Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Załącznik nr 3: Projekt umowy.
4. Załącznik nr 4: Formularz ofertowy.

**SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

11. SIE. 2010

ZATWIERDZIŁ, DN... z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszaliniemgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH WYKONAWCY**

1. Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa:

Adres:

NIP:

Regon:

KRS lub inny organ rejestrowy:

Telefon:

Fax:

Dane osoby upoważnionej do kontaktów Imię i nazwisko

Tel. Adres e-mail:.....

Strona www:

Województwo:

Powiat:

2. W związku z wymogami systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2001 prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Udzielone odpowiedzi nie będą miały żadnego wpływu na ocenę oferty.

Czy Wykonawca stosuje system zarządzania jakością?	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>
Czy Wykonawca posiada certyfikat systemu zarządzania jakością?	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>
Czy u Wykonawcy funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowców, materiałów, kwalifikowania wyrobów gotowych lub oceny świadczonych usług?	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>
Czy u Wykonawcy istnieje procedura reklamacyjna dla klienta?	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

DATA:

PODPIS WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:				
Producent/kraj pochodzenia:				
Rok produkcji:				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/Rozmiar	Potwierdzenie TAK/NIE	Potwierdzenie parametru podać nr str. instrukcji obsługi lub folderu
PARAMETRY OGÓLNE				
1	Dobra widoczność i dostęp do pacjenta co najmniej z 2 stron	TAK		
2	Dodatkowe zabezpieczenie przed utratą ciepła w postaci podwójnych ścianek	TAK		
3	Możliwość prowadzenia kabli, drenów i przewodów pacjenta, uszczelniane przepusty minimum 4	TAK		
4	Wyposażony w materacyk próżniowy umożliwiający utrzymanie komfortu	TAK		
5	Inkubator przeznaczony do transportu wewnętrznego i zewnętrznego noworodków	TAK		
6	Inkubator o stabilnej konstrukcji zawiera: - kapsułę transportową, w której umieszczony jest noworodek, - moduł zasilania elektrycznego i w gazy medyczne, - przystosowany do noszy posiadanych w karetkach N Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	TAK		
ZASILANIE				
7	Zewnętrzne	TAK		
8	Napięcie zmienne: 230 V, 50 Hz lub inne parametry	TAK		
9	Napięcie stałe: akumulator własny 12V lub inne parametry	TAK		
10	Wewnętrzne, akumulatorowe zapewniające samodzielną pracę przez min 60 minut	TAK		
11	Kabel zasilający do akumulatora samochodowego	TAK		
REGULACJA TEMPERATURY				
12	Zakres: 23°C-37°C ze skokiem co 0,1°C. Krótki czas nagrzewania	TAK/Podać		
13	Pomiar temperatury powietrza	TAK		
14	Pomiar temperatury skóry	TAK		
ALARMY				
15	Przegrzania	TAK		
16	Nadmiernego wzrostu temperatury grzałki	TAK		
17	Braku zasilania (zanik napięcia zasilającego przy braku podtrzymującego źródła prądu stałego)	TAK		
18	Braku przepływu powietrza (zatrzymanie wentylatora lub brak przepływu powietrza)	TAK		
19	Uszkodzenia czujnika temperatury	TAK		
20	Spadku napięcia źródła prądu stałego	TAK		
21	Oświetlenie - białe światło nad środkiem materacyka	TAK		
WYPOSAŻENIE				
22	Butla tlenowa – 2 szt.	TAK		
24	Pulsoksymetr przystosowany do monitorowania noworodków i wcześniaków w technologii Masimo SET	TAK		
25	Monitor transportowy (opis załącznik nr 1)	TAK		
26	Ssak z regulacją siły ssania (opis załącznik nr 2)	TAK		
27	Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2 szt. (opis załącznik nr 3)	TAK		
28	Respirator noworodkowo-pediatryczny wbudowany w inkubator i/lub obok (opis załącznik nr 4)	TAK		
INNE WYMAGANIA				
29	Gwarancja min. 36 miesięcy	TAK		
30	Rok produkcji	2010		
31	Inkubator fabrycznie nowy	TAK		
32	Inkubator zastępczy na okres naprawy	TAK		
33	Czas reakcji serwisu	48 godzin od zgłoszenia		
34	W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu wymiana	TAK		

	sprzętu na nowy			
35	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
36	Przeszkolenie personelu medycznego	TAK		
37	Przegląd techniczny bezpłatny w ramach gwarancji	TAK		

ZAŁĄCZNIK NR 1

MONITOR TRANSPORTOWY				
Nazwa i typ oferowanego urządzenia:				
Producent/kraj pochodzenia:				
Rok produkcji:				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/Rozmiar	Potwierdzenie TAK/NIE	Potwierdzenie parametru podać nr str. instrukcji obsługi lub folderu
PARAMETRY OGÓLNE				
1	Przystosowany do monitorowania wcześniaków, noworodków	TAK		
2	Ekran kolorowy typ LCD przekątna ekranu min. 8 cali	TAK		
3	Min. 3 wyświetlane jednocześnie na ekranie krzywe dynamiczne. Możliwość rekonfiguracji układów ekranu.	TAK		
4	Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane jednocześnie na ekranie. Duże czytelne odczyty.	TAK		
5	Kategorie wiekowe pacjentów: noworodki	TAK		
ZASILANIE MONITORA				
6	Sieciowe i akumulatorowe lub zewnętrzne UPS wystarczające na min. 3 h pracy przy monitorowaniu wszystkich parametrów	TAK		
7	Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz	TAK		
8	Obciążenie poniżej 150 VA	TAK		
9	Czas ładowania akumulatorów do 8 h	TAK		
10	Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora	TAK		
TRENDY				
11	Trendy graficzne i tabelaryczne min. 24 godzi	TAK		
12	Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów	TAK		
MONITOROWANIE				
13	Ekg z 3 zakresami pomiarowymi min. 20-280 BPM. Regulacja głośności	TAK		
14	Pomiar EKG, elektrody z przewodami dla noworodków 300 sztuk	TAK		
15	Pomiar tętna przy pomocy elektrod EKG w zakresie od 10 do 300/min	TAK		
16	Pomiar oddechu w zakresie min. od 3 do 120 oddechów/minutę. Sygnalizacja braku połączenia elektrod	TAK		
17	Pomiar saturacji: czujnik w technologii Masimo SET lub równoważny wielorazowego użytku sztuk 1 oraz komplet (min. 20 sztuk) czujników jednorazowych. Dźwięk sygnalizacji tętna z modulacją tonu w zależności od wartości saturacji.	TAK		
18	Temperatura powierzchniowa i głęboka, zakres pomiarowy: 25-45°C. Minimum 1 kanał w każdym monitorze. Dokładność $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.	TAK		
WYPOSAŻENIE				
19	Monitor kompletny, gotowy do pracy bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia	TAK		
20	Kabel EKG kompletny, 50 kpl. Odprowadzeń jednorazowych	TAK		
21	Zestaw mankietów NIBP (min. 20 szt. w zestawie, rozmiar wcześniaki/norodki) z przewodem łączącym	TAK		
22	Jednorazowy czujnik SpO ₂ – 20 szt.	TAK		
23	Akumulator	TAK		
24	Kabel zasilający	TAK		
ALARMY				
25	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego	TAK		
26	Regulacja granic alarmów	TAK		
INNE WYMAGANIA				
27	Gwarancja min. 36 miesięcy	TAK		
28	Rok produkcji	2010		
29	Sprzęt zastępczy na czas naprawy	TAK		
30	Przeglądy okresowe w trakcie trwania gwarancji w ilości zalecanej przez producenta ujęte w cenie dostawy	TAK		

ZAŁĄCZNIK NR 2

SSAK Z REGULACJĄ SIŁY SSANIA				
Nazwa i typ oferowanego urządzenia:				
Producent/kraj pochodzenia:				
Rok produkcji:				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/Rozmiar	Potwierdzenie TAK/NIE	Potwierdzenie parametru podać nr str. instrukcji obsługi lub folderu
1	Ssak wygodnie mocowany do inkubatora, niewystający poza obrys noszy	TAK		
2	Siła ssania max. – 78 kPa	TAK		
3	Ssak wyposażony w wbudowany w niego akumulator	TAK		
4	Zasilanie zewnętrzne: prądem stałym, prądem zmiennym	TAK		
5	Ładowarka akumulatora	TAK		
6	Zbiornik wielokrotnego użytku	TAK		
7	Regulacja podciśnienia 0-500 mmHg	TAK		
8	Wydajność regulowana	TAK		
9	Układ odcinający przy przepełnieniu	TAK		
10	Filtr bakteryjny	TAK		
11	Wskaźnik naładowania akumulatora	TAK		
12	Zbiornik jednorazowy - 10 szt.	TAK		
13	Filtr do ssaka - 2 szt.	TAK		
14	Wąż ssący min. 150 cm	TAK		
15	Łącznik do węża ssania – 2 szt.	TAK		
16	Odporność na zalanie ssaka min. IPX1	TAK		
17	Klasa ochronności ssaka min. BF	TAK		

ZAŁĄCZNIK NR 3

POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE – 2 SZT.				
Nazwa i typ oferowanego urządzenia:				
Producent/kraj pochodzenia:				
Rok produkcji:				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/Rozmiar	Potwierdzenie TAK/NIE	Potwierdzenie parametru podać nr str. instrukcji obsługi lub folderu
WYMAGANIA OGÓLNE				
1	Strzykawka montowana pod układem elektroniki-nieemożliwe zalanie pompy przy nieszczelności strzykawki lub linii	TAK		
2	Wbudowany system mocowania do szyny poziomej	TAK		
3	Zasilanie sieciowe – 230V, 50 Hz	TAK		
4	Zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie	TAK		
5	Akumulator umożliwiający pracę pompy przez czas 6 h	TAK		
6	Zintegrowany uchwyt do przenoszenia	TAK		
7	Komunikacja w języku polskim	TAK		
8	Klawiatura numeryczna	TAK		
9	Blokada klawiatury	TAK		
10	Programowanie daty i czasu	TAK		
11	Wewnętrzna biblioteka leków (min. 100) z możliwością wymiany wszystkich zapisanych leków	TAK		
12	Rozmiary strzykawek: 5,10,20,30,50/60	TAK		
13	Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów	TAK		
14	Strzykawka mocowana od przodu pompy	TAK		
15	Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki przez pompę	TAK		
16	System automatycznego mocowania strzykawki	TAK		
17	Podstawowa szybkość przepływu min. 0,1 (przy zastosowaniu odpowiednich strzykawek)	TAK		
18	Dokładność podaży +/-2%	TAK		
19	Możliwość monitorowania przebiegu całej infuzji	TAK		
20	Możliwość ręcznego ustawienia ciśnienia okluzji	TAK		

21	Dwa tryby podaży bolusa: programowany i z „z ręki”	Możliwość wyłączenia jednego z trybów	TAK		
22	Automatyczna redukcja ciśnienia w linii po wystąpieniu alarmu ciśnienia okluzji		TAK		
23	Funkcja pauzy		TAK		
24	Funkcja KVO		TAK		
25	Możliwość konfiguracji menu pompy		TAK		
ALARMY I SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE					
26	Brak sieci		TAK		
27	Słaby akumulator		TAK		
28	Rozładowany akumulator		TAK		
29	Okluzja		TAK		
30	Pusta strzykawka		TAK		
31	Koniec infuzji		TAK		
32	Awaria pompy		TAK		
33	KVO - drożność naczynia		TAK		
34	Koniec pauzy		TAK		
WYPOSAŻENIE					
35	Autokontrola urządzenia w czasie pracy		TAK		
36	Monitorowanie stanu akumulatora		TAK		
INNE WYMAGANIA					
37	Gwarancja min. 36 miesięcy		TAK		
38	Bezpłatne przeglądy okresowe podczas gwarancji		TAK		
39	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy - min. 10 lat		TAK		
40	Instrukcja obsługi w języku polskim		TAK		
41	Przeszkolenie personelu medycznego		TAK		

ZAŁĄCZNIK NR 4

RESPIRATOR NOWORODKOWO-PEDIATRYCZNY WBUDOWANY W INKUBATOR I/LUB OBOK				
Nazwa i typ oferowanego urządzenia:				
Producent/kraj pochodzenia:				
Rok produkcji:				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/Rozmiar	Potwierdzenie TAK/NIE	Potwierdzenie parametru podać nr str. instrukcji obsługi lub folderu
1	Respirator przeznaczony do transportu zewnętrznego i wewnętrznego noworodków	TAK		
2	Zasilanie elektryczne z sieci szpitalnej z automatycznym ładowaniem akumulatora 230V, 50Hz	TAK		
3	Zasilanie elektryczne ze źródła prądu stałego np. akumulatora samochodowego 12-16V DC	TAK		
4	Czasowo zmienny generator ciśnienia zasilany sprężonym tlenem, powietrzem, tlenem i powietrzem	TAK		
5	Płynna regulacja stężenia tlenu 21-100%	TAK		
6	Częstość oddechów min. 2-100 oddechów/minutę	TAK		
7	PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem	TAK		
8	Przerywana wentylacja obowiązkowa	TAK		
9	CMV – ciągła wentylacja wymuszona	TAK		
10	PEEP/CPAP: przynajmniej od 0-15 cmH2O	TAK		
11	Respirator wyposażony w nawilżacz podgrzewający ramię wdechowe 2 komplety podgrzewanych drenów oddechowych, dodatkowo jedna butla nawilżacza	TAK		
12	Pomiar parametrów wentylacji	TAK/Podać zakres		
13	Zasilanie w tlen i powietrze z zewnętrznego źródła i z wewnętrznego źródła zamontowanego w zestawie	TAK		
14	Wyposażony w źródło sprężonego powietrza: sprężarkę lub w inne źródło zasilania	TAK/Podać rodzaj źródła		
15	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji	TAK		
16	Kompletny układ oddechowy jednorazowy dla noworodków 100 kpl lub wielorazowy – podać ilość	TAK		
17	Plucko testowe – 2 szt.	TAK		
18	Wąż zasilający do tlenu i powietrza dostosowany do instalacji w ambulansach	TAK		
INNE WYMAGANIA				

19	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
20	Oryginalny prospekt ze szczegółową listą parametrów technicznych producenta	TAK		
21	Szkolenie personelu medycznego	TAK		
22	Sprzęt zastępczy na czas naprawy	TAK		
23	Przeгляд techniczny bezpłatny w ramach gwarancji	TAK		
24	W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu wymiana sprzętu na nowy	TAK		
25	Gwarancja min. 36 miesięcy	TAK		

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ**PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY NR .../Z04/TP-231/3/PN/203/2010**
zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Umowa zawarta w dniu**2010 roku** w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitałem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez **Magdalenę Sikorę - Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych**
działającą na mocy upoważnienia Dyrektora z dnia 01.09.2009 r
zwanym dalej **Kupującym**

a

NIP:.....REGON:.....KRS:.....

reprezentowanym przez:

zwanym dalej **Sprzedawcą**

§ 1

1. **Sprzedawca** zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia **Kupującemu** za cenę jak w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wartość umowy netto: zł, brutto: zł.

§ 2

1. Na zakupiony sprzęt **Sprzedawca** udziela miesięcznej gwarancji oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.
2. Czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia.
3. Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwość podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.
4. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy - 3 naprawy uszkodzeń uniemożliwiających wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie.
5. Przeglądy w cenie dostawy – raz w roku przez okres trwania gwarancji.

§ 3

1. **Sprzedawca** poniesie koszt:
 - a) Dostarczenia sprzętu do **Kupującego**;
 - b) Montażu i uruchomienia sprzętu u **Kupującego**;
 - c) Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi;
 - d) Ubezpieczenia sprzętu na czas dostawy i do czasu uruchomienia.
2. Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na konto **Sprzedawcy** w 6 równych miesięcznych ratach od daty otrzymania sprzętu i faktury.
3. Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do r.

§ 4

1. **Sprzedawca** zapłaci **Kupującemu** kary umowne w przypadku:
 - 1) niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,
 - 2) opóźnienia w usuwaniu awarii lub wymiany sprzętu na wolny od wad, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy zgłoszonego jako awaryjny, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od terminu zakończenia okresu oczekiwania na usunięcie wady lub wymiany sprzętu.
 - 3) odstąpienia od umowy przez **Kupującego** z przyczyn określonych w § 5 - w wysokości 30% wartości brutto umowy.
2. **Kupujący** zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie **Kupującego** w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. **Kupujący** zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych **Sprzedawcy**.
5. **Sprzedawca** nie może bez zgody **Kupującego** przenieść wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 5

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nienależytego jej wykonywania, a w szczególności:

- 1) dostawy innego przedmiotu niż przedstawiony w ofercie,
- 2) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni.

§ 6

1. **Sprzedawca** wraz ze sprzętem dostarczy wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.
2. Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi w terminie dogodnym dla **Kupującego**, jednakże nie później niż do dnia r. z czego zostanie sporządzony protokół zawierający:
 - 1) Nazwę i typ sprzętu;
 - 2) Numer fabryczny sprzętu;
 - 3) Rok produkcji sprzętu;
 - 4) Producent;
 - 5) Data uruchomienia;
 - 6) Listę przeszkolonych pracowników;
 - 7) Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego;
 - 8) Instrukcję BHP.

§ 7

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 9

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Formularz ofertowy

KUPUJĄCY:**SPRZEDAWCA:**

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

INKUBATOR TRANSPORTOWY										
Lp	Przedmiot zamówienia	Nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Inkubator transportowy		szt.	1						
RAZEM										
RAZEM WARTOŚĆ NETTO SŁOWNIE:										
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE:										

.....
podpis wykonawcy