



Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 12 sierpnia 2010 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/198/2010

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/198/2010 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Badań Naczyń i Serca
-----------------	---

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelicznik 1 atm = 1 bar?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 2

Dotyczy zadania nr 8:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodników o widoczności w rtg wyłącznie dystalnego odcinka do 3 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 3

Dotyczy zadania nr 13:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o szafcie dystalnym 2.4 F i 2.6 F? Pozostałe parametry bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 4

Dotyczy zadania nr 24:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów o RBP = 16 atm? Pozostałe parametry bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

Z UP. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Magdalena Sikora
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych