

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400  
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151  
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102  
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109  
Fax (094) 34 - 88 - 103  
e-mail: [szpital@swk.med.pl](mailto:szpital@swk.med.pl)  
http: [www.swk.med.pl](http://www.swk.med.pl)

Koszalin, 13 sierpnia 2010 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/167/2010

**Do:**  
**Wykonawcy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

<b>DOTYCZY:</b>	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/199/2010 – wiertarka elektryczna szybkoobrotowa
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE 1**

„Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na wiertarkę elektryczną szybkoobrotową o równoważnych, następujących parametrach, wskazanych w tabeli poniżej:

l.p	opis towar/wyrób	Szt.
1	JEDNOSTKA STERUJĄCA - ELEKTRONICZNA KONSOLA ZASILACZA SILNIKÓW BEZKOMUTATOROWYCH, Z GENERATOREM ZMIENNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYM Z DWOMA GNIAZDAMI PRZYŁĄCZY SILNIKÓW I JEDNYM GNIAZDEM NA PRZEŁĄCZNIK NOŻNY, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z SILIKAMI SZYBKOOBROTOWYMI, WOLNOOBROTOWYMI ORAZ SILNIKAMI DO MINIORTOPEDII, EKRANEM DOTYKOWYM LCD 6,5 CALA, MENU PIKTOGRAFICZNYM, MOŻLIWOŚCIĄ ODCZYTU INFORMACJI SERWISOWYCH, USTAWIANIEM PARAMETRÓW GRANICZNYCH I DYNAMICZNYCH ROZPOZNAWALNYCH AUTOMATYCZNIE SILNIKÓW I POMPĄ PERYSTALTYCZNĄ CHŁODZENIA O WYDAJNOŚCI 80 ML/MIN	1
2	STEROWNIK NOŻNY JEDNOPEDAŁOWY Z PRZYCISKAMI ZMIANY KIERUNKU OBROTÓW, WŁĄCZNIKIEM POMPY, MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA FUNKCJAMI KONSOLI ORAZ PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW	1
3	MIKROSILNIK SILNIK SZYBKOOBROTOWY, NIEWYMAGAJĄCY WYMUSZONEGO CHŁODZENIA O MOCY 115 W I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ REGULOWANEJ OD 10000-80000 OBR/MIN (SKOK CO 5000 OBR/MIN.), KĄTNICE I PROSTNICE MONTOWANE BEZ UŻYCIA DODATKOWYCH NARZĘDZI	1

4	NAPĘD WOLNOOBROTOWY PERFORATORA CZASZKI O MOCY 150 W I MOMENTEM OBROTOWYM 3 NM, Z INTEGRALNĄ GŁOWICĄ TYPU HUDSON O PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ REGULOWANEJ OD 650-800 OBR/MIN WRAZ Z PRZEWODEM SILNIKOWYM	1
5	UCHWYT KRANIOTOMU DLA DOROSŁYCH WRAZ OSŁONĄ OPONY TWARDEJ	1
6	KOSZ STALOWY DO MYCIA I STERYLIZACJI SILNIKÓW I KABLI WRAZ Z UCHWYTAMI NA ELEMENTY SYSTEMU	1
7	PERFORATOR(TREPAN) 9X12 Z TRZONEM HUDSON WIELORAZOWEGO UŻYTKU	1
8	PIŁA OSCYLACYJNA WRAZ Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM(DRIVEREM DO PIŁY)	1
9	KĄTNICA O DŁUGOŚCI 70 MM - BEZ PRZEKŁADNI OBROTÓW KORPUS STALOWY UMOŻLIWIAJACY MYCIE MECHANICZNE – DOSTĘPNOŚĆ RÓŻNYCH RODZAJÓW WIERTEŁ DIAMENTOWYCH I METALOWYCH O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH CO NAJMNIEJ PO 10 UCHWYTÓW	1
10	PROSTNICA O DŁUGOŚCI 40 MM - BEZ PRZEKŁADNI OBROTÓW KORPUS STALOWY UMOŻLIWIAJACY MYCIE MECHANICZNE - DOSTĘPNOŚĆ RÓŻNYCH RODZAJÓW WIERTEŁ DIAMENTOWYCH I METALOWYCH O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH CO NAJMNIEJ PO 10 UCHWYTÓW	1
11	FREZY DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	50
12	BRZESZCZOTY DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	5
13	SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA NAPĘDU	1
14	OLEJ DO SMAROWANIA I CZYSZCZENIA ELEMENTÓW SYSTEMU (KOŃCÓWKA DOSTARCZANA WRAZ Z NAPĘDEM)	1

przy zachowaniu bez zmian treści zapisów dotyczących pozycji „Wymagania dodatkowe”, jakie są ujęte w tabeli opisu przedmiotu zamówienia?”

#### ODPOWIEDŹ

l.p	opis towar/wyrób	Szt.	Odpowiedź
1	JEDNOSTKA STERUJĄCA - ELEKTRONICZNA KONSOLA ZASILACZA SILNIKÓW BEZKOMUTATOROWYCH , Z GENERATOREM ZMIENNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYM Z DWOMA GNIAZDAMI PRZYŁĄCZY SILNIKÓW I JEDNYM GNIAZDEM NA PRZEŁĄCZNIK NOŻNY, MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z SILIKAMI SZYBKOOBROTOWYMI, WOLNOOBROTOWYMI ORAZ SILNIKAMI DO MINIORTOPEDII, EKRANEM DOTYKOWYM LCD 6,5 CALA, MENU PIKTOGRAFICZNYM, MOŻLIWOŚCIĄ ODCZYTU INFORMACJI SERWISOWYCH, USTAWIANIEM PARAMETRÓW GRANICZNYCH I DYNAMICZNYCH ROZPOZNAWALNYCH AUTOMATYCZNIE SILNIKÓW I POMPĄ PERYSTALTYCZNĄ CHŁODZENIA O WYDAJNOŚCI 80 ML/MIN	1	NIE
2	STEROWNIK NOŻNY JEDNOPEDAŁOWY Z PRZYCISKAMI ZMIANY KIERUNKU OBROTÓW, WŁĄCZNIKIEM POMPY,MOŻLIWOŚCIA STEROWANIA FUNKCJAMI KONSOLI ORAZ PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW	1	TAK
3	MIKROSILNIK SILNIK SZYBKOOBROTOWY, NIEWYMAGAJĄCY WYMUSZONEGO CHŁODZENIA O MOCY 115 W I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ REGULOWANEJ OD 10000-80000 OBR/MIN (SKOK CO 5000 OBR/MIN.), KĄTNICE I PROSTNICE MONTOWANE BEZ UŻYCIA DODATKOWYCH NARZĘDZI	1	NIE
4	NAPĘD WOLNOOBROTOWY PERFORATORA CZASZKI O MOCY 150 W I MOMENTEM OBROTOWYM 3 NM, Z INTEGRALNĄ GŁOWICĄ TYPU HUDSON O PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ REGULOWANEJ OD 650-800 OBR/MIN WRAZ Z PRZEWODEM SILNIKOWYM	1	TAK

5	UCHWYT KRANIOTOMU DLA DOROSŁYCH WRAZ OSŁONĄ OPONY TWARDEJ	1	TAK
6	KOSZ STALOWY DO MYCIA I STERYLIZACJI SILNIKÓW I KABLI WRAZ Z UCHWYTAMI NA ELEMENTY SYSTEMU	1	TAK
7	PERFORATOR(TREPAN) 9X12 Z TRZONEM HUDSON WIELORAZOWEGO UŻYTKU	1	NIE
8	PIŁA OSCYLACYJNA WRAZ Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM(DRIVEREM DO PIŁY)	1	TAK
9	KĄTNICA O DŁUGOŚCI 70 MM - BEZ PRZEKŁADNI OBROTÓW KORPUS STALOWY UMOŻLIWIAJACY MYCIE MECHANICZNE – DOSTĘPNOŚĆ RÓŻNYCH RODZAJÓW WIERTEŁ DIAMENTOWYCH I METALOWYCH O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH CO NAJMNIEJ PO 10 UCHWYTÓW	1	TAK
10	PROSTNICA O DŁUGOŚCI 40 MM - BEZ PRZEKŁADNI OBROTÓW KORPUS STALOWY UMOŻLIWIAJACY MYCIE MECHANICZNE - DOSTĘPNOŚĆ RÓŻNYCH RODZAJÓW WIERTEŁ DIAMENTOWYCH I METALOWYCH O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH CO NAJMNIEJ PO 10 UCHWYTÓW	1	NIE
11	FREZY DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	50	TAK
12	BRZESZCZOTY DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	5	TAK
13	SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA NAPĘDU	1	TAK
14	OLEJ DO SMAROWANIA I CZYSZCZENIA ELEMENTÓW SYSTEMU (KOŃCÓWKA DOSTARCZANA WRAZ Z NAPĘDEM)	1	TAK

#### **PYTANIE 2**

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: *”Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.”*”

#### **ODPOWIEDŹ**

Nie.

#### **PYTANIE 3**

„Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 4.1 ust. 1,2 wzoru umowy:

*Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:*

*1).niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru.*

*2). opóźnienia w usuwaniu awarii lub wymiany sprzętu na wolny od wad, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy zgłoszonego jako awaryjny, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od terminu zakończenia okresu oczekiwania na usunięcie wady lub wymiany sprzętu. jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.”*

#### **ODPOWIEDŹ**

Nie.

#### **PYTANIE 3**

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w § 3 ust.2 wystąpił błąd w oznaczeniu rat? Z obecnego zapisu projektu umowy wynika iż Szpital płaci pięć II rat.”

#### **ODPOWIEDŹ**

Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Sprzedawcy w sześciu ratach. Pierwsza rata płatna w wysokości 50% wartości umowy, pozostałych pięć rat płatnych w wysokości 10% wartości umowy.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych