



Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http www.swk.med.pl

Koszalin, 16 sierpnia 2010 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/167/2010

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/199/2010 – wiertarka elektryczna szybkoobrotowa
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania silnika szybkoobrotowego o mocy 150 W, niewymagającego wymuszonego chłodzenia, z odłączanym przewodem silnikowym (przewód w zestawie), jako rozwiązanie równoważne dla opisu przedmiotu zamówienia w pkt.3 i pkt.12?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 2

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prostnic/kątnic montowanych bez użycia dodatkowych narzędzi poprzez nakręcenie prostnicy/ kątnicy na silnik?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 3

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego uniwersalnego sterownika nożnego obsługującego obydwie porty konsoli sterującej, co stanowi równoważne rozwiązanie do wskazanego parametru w opisie przedmiotu zamówienia - pkt.7 tabeli, tj. rozwiązanie to odpowiada konsoli sterującej pozwalającej na podłączenie równocześnie dwóch napędów szybko obrotowych oraz dwóch pedałów sterujących port 1 lub 2?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 4

„Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9,ppkt.e,g rozwiązanie innowacyjne i intuicyjne, polegające na automatycznym przełączeniu portów przez konsolę sterującą oraz automatycznym rozpoznaniu kontroli ręcznej lub nożnej przez konsolę?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 5

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prostnicy o długości 7 cm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 6

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prostnicy o długości 4 cm? W specyfikacji Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania prostnicy do 5 cm, w związku z czym prosimy o dopuszczenie wyżej wymienionej prostnicy jako spełniającej wymagany warunek, tj. proponowana prostnica ma długość mieszczącą się we wskazanym zakresie długości. Mając na uwadze zachowanie konkurencyjności pośród Wykonawców, którzy dysponują sprzętem odpowiadającym wymaganiom stawianym w SIWZ, lecz różniącym się tylko rozwiązaniami technologicznymi, które nie wpływają na obniżenie jakości sprzętu stanowiącego treść postępowania, wnosimy do Zamawiającego o dopuszczenie powyższych rozwiązań. Specyfikacja przetargowa poprzez aktualne zapisy dotyczące parametrów technicznych i rozwiązań technologicznych, w sposób zdecydowany faworyzuje i preferuje charakterystyczne rozwiązania właściwe tylko i wyłącznie dla jednego producenta, tj. firma Anspach.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 7

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ w części opisu przedmiotu zamówienia - wymagany zestaw: frezy do końcówek roboczych, tj.: Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na frezy do końcówek roboczych jednorazowego użytku, bez możliwości resterylizacji, co w sposób znaczący wpływa na wzrost ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, czy też wymaga złożenia oferty na frezy do końcówek roboczych wielorazowego użytku, z możliwością resterylizacji?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ określił minimum dotyczące wymaganego zastawu.

z up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-administracyjnych