



Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http www.swk.med.pl

Koszalin, 16 sierpnia 2010 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/199/2010

*Do:
Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego*

DOTYCZY:	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/199/2010 – wiertarka elektryczna szybkoobrotowa
-----------------	--

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759), niniejszym informuję o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zmienia zapis pkt 2 w załączniku nr 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

tekst pierwotny:

„Maksymalna obrotowa prędkość na końcówkach typu kątnice, prostnice w zakresie nie mniej niż 80 000 obrotów”

zastępuje się:

„Maksymalna obrotowa prędkość na końcówkach typu kątnice, prostnice w zakresie powyżej 80 000 obrotów”

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19.08.2010 do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:30.

SUP. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Magdalena Sikora
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych