

Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http www.swk.med.pl

Koszalin, 19 sierpnia 2010 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/198/2010

Do:

**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/198/2010 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Badań Naczyń i Serca
-----------------	---

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1

Dotyczy zadania nr 7:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników prowadzących o nieznacznie zmienionych parametrach: światło wewnętrzne dla cewnika 5 Fr = 0,059”, brak średnicy 5 Fr, ilość krzywizn dla każdej średnicy 42 (pełen wybór krzywizn w tym specjalne do dostępu promieniowego), pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 2

Dotyczy zadania nr 10:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodników hydrofilnych z końcówką prostą z możliwością nadania kształtu „J”, o dostępnych 3 stopniach twardości (w tym ze wskazaniem do użycia w rekanalizacji CTO), pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 3

Dotyczy zadania nr 12:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych niepodatnych o RBP 20 atm (18 atm dla średnic 4.5 – 5.0 mm), długościach 6, 10, 15, 20 mm, średnicach 2.25 – 5.0 (dziesięć średnic), średnicy shaftu prox / dyst 2.0 / 2.5 – 2.6 Fr, pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 4

Dotyczy zadania nr 15:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych hydrofilnych o nieznacznie zmienionych parametrach tzn. średnica shaftu prox. 2.0 Fr, brak średnicy 3.25 mm (dziewięć średnic do wyboru w zakresie 1.25 – 4.0 mm), pozostałe parametry bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE 5

Dotyczy zadania nr 46:

„Czy Zamawiający dopuści zestawy do zamykania PFO w czterech rozmiarach o średnicach dysku prawoprzedSIONKOWEGO 18,25,30 i 35 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE 6


Dotyczy zadania nr 46:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości próbek do powyższego zadania do 1 sztuki?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

Z UP D Y R E K T O R A
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie


mgr Magdalena Skoza
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych