

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Jakości i Marketingu (094) 34 - 88 - 380
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 23 sierpnia 2010 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/199/2010

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetarg nieograniczonego nr TP-231/4/PN/199/2010 – wiertarka elektryczna szybkoobrotowa
-----------------	--

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Firma	Cena	Razem
IMPOMED CENTRUM S. A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa	59,52 pkt	59,52 pkt

2. Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria.
3. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Firma	Cena	Razem
Aesculap-Chifa Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl	100,00 pkt	100,00 pkt

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Informuję, że w wyniku badania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

OFERTA NR 2 – złożona przez Aesculap-Chifa Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

UZASADNIENIE

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr2 do SIWZ) w pkt 7 określił wymóg dotyczący konsoli sterującej, tj.: „Konsola sterująca pozwalająca na podłączenie równocześnie dwóch napędów szybko obrotowych oraz dwóch pedałów sterujących port 1 lub 2”. Konsola sterująca zaproponowana w ofercie Wykonawcy nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego. Zamawiający w odpowiedziach z dnia 16.08.2010 r. (odpowiedź na pytanie 3) nie dopuścił jednego uniwersalnego sterownika nożnego obsługującego obydwie porty konsoli sterującej.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta w terminie: od 30.08.2010 r. do 17.09.2010 r.

Z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych