



# Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400  
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151  
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102  
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109  
Fax (094) 34 - 88 - 103  
e-mail: [szpital@swk.med.pl](mailto:szpital@swk.med.pl)  
http: [www.swk.med.pl](http://www.swk.med.pl)

Koszalin, 23 sierpnia 2010 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/198/2010

**Do:**  
**Wykonawcy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

<b>DOTYCZY:</b>	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/198/2010 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Badań Naczyń i Serca
-----------------	---

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE 1**

Dotyczy zadania nr 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o parametrach: światło wewn. dla 5F min. 0.045” i dla 6F min. 0,056”? Prosimy o wyjaśnienia czy Zamawiający wymaga krzywizny RDC a nie jak podał DRC?”

**ODPOWIEDŹ:**

Nie. Zamawiający wymaga krzywizny 3DRC.

**PYTANIE 2**

Dotyczy zadania nr 11:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o parametrach: 10 średnic w zakresie 1.5-4.0 mm (co 0.25 mm w zakresie 2.0-4.0 mm), crossing profile dla 1.5 wynosi 0,021”, długości od 9 do 30 mm?”

**ODPOWIEDŹ:**

Nie.

**PYTANIE 3**

Dotyczy zadania nr 12:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o ciśnieniu RBP 20 atm w wymaganym zakresie średnic balonu 2.0-4.0 mm?”

**ODPOWIEDŹ:**

Nie.

**PYTANIE 4**

Dotyczy zadania nr 13:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o parametrach: średnice w zakresie 1.5-

4.0 mm, długości od 9 do 30 mm, ciśnienie RBP dla średn. 1.5 mm wynosi 12 atm?"

**ODPOWIEDŹ:**

Nie.

**PYTANIE 5**

Dotyczy zadania nr 17:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu o średnicy w zakresie od 2.25 do 5.0 mm?"

**ODPOWIEDŹ:**

Nie.

Z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
  
mgr inż. Katarzyna Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych