



# Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400  
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151  
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102  
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109  
Fax (094) 34 - 88 - 103  
e-mail: szpital@swk.med.pl  
http www.swk.med.pl

Koszalin, 26 sierpnia 2010 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/227/2010

**Do:**

**Wykonawcy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

<b>DOTYCZY:</b>	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/227/2010 – obłożenia jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiologii
-----------------	---

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE 1**

Dotyczy zadanie nr 2:

„Czy w zadaniu nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści prześcieradło angiograficzne z 4 otworami, które nie będą wypełnione folią operacyjną?”

**ODPOWIEDŹ**


Tak.

**PYTANIE 2**

„Czy Zamawiający wymaga aby osłony foliowe aparatu RTG będące wyposażeniem zestawu posiadały średnicę 80 cm i 50 cm?”

**ODPOWIEDŹ**

Tak.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczne-Administracyjne!