



Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Jakości i Marketingu (094) 34 - 88 - 380
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: ewelina@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 9 września 2010 r.

znak pisma: TP-231/3/PN/235/2010

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:

przetarg nieograniczonego nr TP-231/3/PN/235/2010 – kaniule, opatrunki na wklucia, igły do biopsji gruboigłowej, lokalizacyjne, do portów, przewodniki do igieł

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy zadanie nr 1

„Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Zadania nr 1 pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 12 zawierające kaniule i koreczki w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydziela z zadania nr 1 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 12.

PYTANIE NR 2: dotyczy zadanie nr 1

„Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji odstąpi od wymogu, aby kaniule, koreczki i obturatory pochodziły od jednego producenta. Rozmiary kaniul, koreczków i obturatorów są znormalizowane, a przez to różni producenci mogą posiadać kompatybilne ze sobą wyroby medyczne.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie odstępuje od wymogu, aby kaniule, koreczki i obturatory pochodziły od jednego producenta.

PYTANIE NR 3: dotyczy zadanie nr 2, poz. 1

„Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie 24G 0,72x19mm o przepływie 20 ml/min.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza kaniul dożylnych 24G0,72x19mm o przepływie 20 ml/min.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Med. Dorota Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych