

Koszalin, 15.07.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr TP.382.068.2026 MB – Sprzęt do pracowni endoskopowej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy części nr 3, poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne TRUBITE MACRO jednorazowego użytku, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki uchylne, ze stali nierdzewnej, typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 2300 mm. Średnica narzędzia 3,0 mm, kanał roboczy 3,2 mm, rozwarcie 8,5 mm.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2 dotyczy części nr 3, poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne TECHBITE jednorazowego użytku, bez zawiasów (łyżeczki bez wystających nitowanych elementów), teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia pomarańczowy dla kleszczy gastroskopowych, dla kleszczy kolonoskopowych niebieski. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1800 mm i 2300 mm. Średnica narzędzia 2,3 mm, kanał roboczy 2,8 mm, rozwarcie 6,7 mm oraz 6,0 mm (mają blok w kształcie litery T) dla kleszczy gładkich bez igły o długości 2300 mm.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3 dotyczy części nr 3, poz. 3:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne TECHBITE PEDIATRYCZNE jednorazowego użytku, bez zawiasów, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Łyżeczki uchylne, ze stali nierdzewnej, z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Kolor powleczenia żółty. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość narzędzia 1800 mm. Średnica narzędzia 1,8 mm, kanał roboczy 2,0 mm, rozwarcie 4,5 mm.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 4 dotyczy części nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczną ROCC jednorazowego użytku, w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6mm; do kanału roboczego 2,8 mm, długości narzędzia: 2300mm; kąt otwarcia klipsa 135°; szerokości otwarcia klipsa: 8mm, 11mm, 16mm (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb) możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5 dotyczy części nr 6:

„Czy zamawiający dopuści EUS NITINOL Igła do biopsji pod kontrolą EUS typ FNB. Wykonana z nitinolu, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery „V” wykonanym laserowo, zapewniającym kącie ścięcia widoczność w obrazie EUS. Unikalna końcówka typu Trident z trzema ostrzami, o zróżnicowanym kącie ścięcia i różnych długościach, zapewniająca optymalne pobieranie próbek tkanek o jakości histologicznej. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Średnica osłonki 2.5mm lub 2,2mm, regulowana długość osłonki igły w granicach 0 - 40 mm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm co 1mm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Dostępne średnice: 22 i 19 G. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Rękojeść igły wykończona gumą. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock. 1 szt. w opakowaniu.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6 dotyczy części nr 7:

„Czy zamawiający dopuści samorozprężalny stent żółciowy - stenty wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zwiększającym widoczność całego stentu w RTG. Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej. Średnice stentu prostego 10mm, długości 40, 60, 80, 100mm. Dostępna wersja z rozszerzanymi końcami śr. 10mm śr. kołnierzy 12 mm, dł. stentów 40, 60, 80, 100mm. Stent załadowany do zestawu wprowadzającego o średnicy 7,5 Fr, i 8,5 Fr, długość 1800 mm niewymagającego przełukiwania przed implantacją i pozwalającego na wycofanie stentu do 80% jego uwolnienia. Zestaw w wersji częściowo pokrywanej i niepokrywanej wyposażony w 2 markery i znacznik „bez powrotu”, po przekroczeniu którego nie ma możliwości wycofania stentu do zestawu. Nici do repozycji na końcach protezy.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7 dotyczy części nr 8:

„Czy zamawiający dopuści samorozprężalny stent żółciowy - stenty wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zwiększającym widoczność całego stentu w RTG. Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej. Średnice stentu prostego 10mm, długości 40, 60, 80, 100mm. Dostępna wersja z rozszerzanymi końcami śr. 10mm śr. kołnierzy 12 mm, dł. stentów 40, 60, 80, 100mm. Stent załadowany do zestawu wprowadzającego o średnicy 7,5 Fr, i 8,5 Fr, długość 1800 mm niewymagającego przełukiwania przed implantacją i pozwalającego na wycofanie stentu do 80% jego uwolnienia. Zestaw w wersji częściowo pokrywanej i niepokrywanej wyposażony w 2 markery i znacznik „bez powrotu”, po przekroczeniu którego nie ma możliwości wycofania stentu do zestawu. Nici do repozycji na końcach protezy.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 8 dotyczy części nr 12:

„Czy zamawiający dopuści balon do poszerzania zwężeń w układzie pokarmowym jednorazowego użytku o zaokrąglonych końcach oraz taperowanej giętkiej końcówce balonu, progresywny 3-stopniowy, dostępne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego:

- długość balonu 30 mm o średnicy 6/7/8mm, 8/9/10mm, 10/11/12mm, 12/13,5/15mm dla długości narzędzia 2300mm.

- długość balonu 55 mm o średnicy 6/7/8mm, 8/9/10mm, 10/11/12mm, 12/13,5/15mm, 15/16,5/18mm, 18/19/20 dla długości narzędzia 1800mm i 2300mm.

- długość balonu 80 mm o średnicy 6/7/8mm, 8/9/10mm, 10/11/12mm, 12/13,5/15mm, 15/16,5/18mm, 18/19/20 dla długości narzędzia 1800mm.

Średnica cewnika wprowadzającego 7 Fr, markery widoczne w RTG w części proksymalnej i dystalnej balonu, wyposażone w prowadnicę z usztywnioną hydrofilną końcówką widoczną w RTG, kompatybilne z przewodnikiem 0,035”, napełniane powietrzem lub cieczą. 1 sztuka w opakowaniu.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9 dotyczy części nr 13 poz. 1 w Opisie Przedmiotu zamówienia:

„Czy zamawiający dopuści balon do usuwania złożeń z dróg żółciowych, trójkanałowy, wykonany z wysokiej jakości latexu; balon można napompować do 3 ustalonych średnic: 9/12/15mm; 12/15/18mm; 15/18/21mm - do wyboru przez Zamawiającego; ujście kanału kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i

proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; długość narzędzia 2000 mm, kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; średnica kateteru 7 Fr. W zestawie 1 odpowiednio skalibrowana strzykawka do napełniania balonu do wybranej średnicy. Pojemność balonu do 15mm – 2,2ml; do 18mm – 3,4ml; do 21mm – 5,6ml. 1 sztuka w opakowaniu."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 10 dotyczy części nr 13, poz. 2 w Opisie Przedmiotu zamówienia:

"Czy zamawiający dopuści balon do usuwania złożeń z dróg żółciowych, trójkanałowy, wykonany z wysokiej jakości latexu; balon można napompować do 3 ustalonych średnic: 9/12/15mm; 12/15/18mm; 15/18/21mm - do wyboru przez Zamawiającego; ujście kanału kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; długość narzędzia 2000 mm, kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; średnica kateteru 7 Fr. W zestawie 1 odpowiednio skalibrowana strzykawka do napełniania balonu do wybranej średnicy. Pojemność balonu do 15mm – 2,2ml; do 18mm – 3,4ml; do 21mm – 5,6ml. 1 sztuka w opakowaniu."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11 dotyczy części nr 15, poz. 1:

"Czy zamawiający dopuści igłę do biopsji pod kontrolą EUS typ FNA. Wykonana ze stali kobaltowo chromowej, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery "V" wykonany laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej, mandryn wykonany z nitinolu. Średnica osłonki 1.8mm, regulowana długość osłonki igły w granicach +/- 4 cm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Dostępne średnice: 25, 22 i 19 G. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock. 1 szt. w opakowaniu."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 12 dotyczy części nr 15, poz. 2:

"Czy zamawiający dopuści igłę do biopsji pod kontrolą EUS typ FNB. Wykonana ze stopu kobalt - chrom, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery "V" wykonany laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Unikalna końcówka typu Trident z trzema ostrzami, o zróżnicowanym kącie ścięcia i różnych długościach, zapewniająca optymalne pobieranie próbek tkanek o jakości histologicznej. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Średnica osłonki 1.8mm, regulowana długość osłonki igły w granicach 0 - 40 mm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm co 1mm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Dostępne średnice: 25, 22 i 19 G. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Rękojeść igły wykończona gumą. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock. 1 szt. w opakowaniu."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 13 dotyczy części nr 15, poz. 3:

"Czy zamawiający dopuści EUS NITINOL Igła do biopsji pod kontrolą EUS typ FNA. Wykonana z nitinolu, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery "V" wykonany laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej, mandryn wykonany z nitinolu. Średnica osłonki 2,2mm lub 2,5 mm, regulowana długość osłonki igły w granicach +/- 4 cm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Dostępne średnice: 22 i 19 G. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock. 1 szt. w opakowaniu."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 14 dotyczy części nr 20:

„Czy zamawiający dopuści stent przelykowy, nitinolowy powleczonej całkowicie silikonem lub częściowo powleczonej – odkryte końce, średnica stentu częściowo powleczonego 20, 24 mm oraz poszerzone końce odpowiednio 26, 30 mm, długość stentu 60, 80, 100, 120, 140 mm. Średnica stentu w całości pokrytego 20, 24, 28mm oraz poszerzone końce odpowiednio 26, 30, 34 mm, długość stentu 60, 80, 100, 120, 140 oraz 100 i 120 mm dla stentu w całości pokrytego o średnicy 28mm. Do wyboru przez zamawiającego, uwalniany z systemu dystalnie. Pętla do repozycji i usuwania na obu końcach wykonane z dwubarwnej nici chirurgicznej. System wprowadzania o śr. 24Fr lub 20 Fr o długości 650 mm. Dwuczęściowa rękojeść z hamulcem w pokrętle. Znaczniki RTG na systemie wprowadzania. Kompatybilny przewodnikiem o śr. 0,035". Możliwość repozycji stentu do 80 % uwolnienia z zestawu z wizualnym wskaźnikiem punktu „bez powrotu” po przekroczeniu, którego repozycja jest niemożliwa.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 15 dotyczy części nr 21:

„Czy zamawiający dopuści stent przelykowy, nitinolowy powleczonej całkowicie silikonem lub częściowo powleczonej – odkryte końce, średnica stentu częściowo powleczonego 20, 24 mm oraz poszerzone końce odpowiednio 26, 30 mm, długość stentu 60, 80, 100, 120, 140 mm. Średnica stentu w całości pokrytego 20, 24, 28mm oraz poszerzone końce odpowiednio 26, 30, 34 mm, długość stentu 60, 80, 100, 120, 140 oraz 100 i 120 mm dla stentu w całości pokrytego o średnicy 28mm. Do wyboru przez zamawiającego, uwalniany z systemu dystalnie. Pętla do repozycji i usuwania na obu końcach wykonane z dwubarwnej nici chirurgicznej. System wprowadzania o śr. 24Fr lub 20 Fr o długości 650 mm. Dwuczęściowa rękojeść z hamulcem w pokrętle. Znaczniki RTG na systemie wprowadzania. Kompatybilny przewodnikiem o śr. 0,035". Możliwość repozycji stentu do 80 % uwolnienia z zestawu z wizualnym wskaźnikiem punktu „bez powrotu” po przekroczeniu, którego repozycja jest niemożliwa.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 16 dotyczy części nr 24:

„Czy zamawiający dopuści igłę jednorazową iniekcijną, sterylna, długość robocza 230 cm, średnica igły 0.7mm (22G), 0.5mm (25G), 1.1mm (19G), długość ostrza 5 mm, średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, średnica osłonki 2,3 mm. Kilkustopniowa „długopisowa” blokada ostrza. Kąt ścięcia igły 22G/ 25°, 25G/ 27°. Osłonka teflonowa odporna na załamania. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 17 dotyczy części nr 25, poz. 1:

„Czy zamawiający dopuści pętlę do polipektomii na ciepło, owalna, jednorazowego użytku, wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 24, 36 mm. Długość 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 18 dotyczy części nr 25, poz. 2:

„Czy zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczną ROCC jednorazowego użytku, w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6mm; do kanału roboczego 2,8 mm, długości narzędzia: 2300mm; kąt otwarcia klipsa 135°; szerokości otwarcia klipsa: 11mm, 16mm (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb) możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 19 dotyczy części nr 25, poz. 3:

„Czy zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczną ROCC jednorazowego użytku, w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia

2,6mm; do kanału roboczego 2,8 mm, długości narzędzia: 2300mm; kąt otwarcia klipsa 135°; szerokości otwarcia klipsa: 11mm, możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 20 dotyczy części nr 25, poz. 4:

"Czy zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku siedmio gumkowy. System prowadzony zewnętrznie wzdłuż endoskopu, umożliwia szybki i prosty montaż dzięki konstrukcji z zewnętrznym mocowaniem oraz zintegrowanemu zapięciu klamrowemu. Po zamontowaniu kanał roboczy endoskopu pozostaje całkowicie wolny. Przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przeźroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9.5-11.0, długość 1100mm. 1 sztuka w opakowaniu."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 21 dotyczy części nr 3, poz. 3:

"Czy zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne bez funkcji biopsji stycznych? Pozostałe parametry zgodne z SWZ."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności pozostałych parametrów z SWZ.

PYTANIE NR 22 dotyczy części nr 16:

"Czy zamawiający dopuści kleszcze chwytające ze szczękami o rozwarciu 8,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 23 dotyczy części nr 10, poz. 1:

"Prosimy o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii wykonanych z PP 35 g w pasie posiadające gumkę."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 24 dotyczy części nr 10, poz. 1:

"Prosimy o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności pozostałych parametrów z SWZ.

DYREKTOR

Piotr Soltysinski
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie