



# Szpital Wojewódzki Koszalin



**Kontakt:**  
Centrala (094) 34 - 88 - 400  
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151  
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102  
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109  
Fax (094) 34 - 88 - 103  
e-mail: ewelina@swk.med.pl  
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 12 marca 2008r.

znak pisma: TP-231/3/PN/26/2008

**Do:**  
**Wykonawcy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

<b>DOTYCZY:</b>	przetargu nieograniczonego nr TP-231/3/PN/26/2008 – dostawa aparatu RTG oraz adaptacja pracowni
-----------------	---

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE NR 1**

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół o minimalnej wysokości 56,5 cm i zakresie ruchu 30,5 cm?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuszcza stołu o minimalnej wysokości 56,5 cm i zakresie ruchu 30,5 cm.

**PYTANIE NR 2**

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół o zakresie ruchu wzdłużnego min. 102 cm i poprzecznego 24 cm?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuszcza stołu o zakresie ruchu wzdłużnego min. 102 cm i poprzecznego 24 cm.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*Magdalena Sikora*  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczne-Administracyjnych