



Szpital  
Wojewódzki  
Koszalin



**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400  
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151  
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102  
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109  
Fax (094) 34 - 88 - 103  
e-mail: ewelina@swk.med.pl  
http www.swk.med.pl

Koszalin, 29 kwietnia 2008r.

znak pisma: TP-231/3/PN/33/2008

**Do:**  
**Wykonawcy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

<b>DOTYCZY:</b>	przetarg nieograniczony nr TP-231/3/PN/33/2008 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Oddziału Urologii.
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE NR 1: dotyczy zadania nr 1**

„Czy Zamawiający w poz. 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Couvelaire w rozmiarze Ch 8 zamiast Ch6, rozmiar ten jest nietypowy i nie pozwala większej części oferentom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza w poz. 18 cewniki Couvelaire w rozmiarze Ch8.

**PYTANIE NR 2: dotyczy zadania nr 1**

„Czy Zamawiający w poz. 44-46 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Foley trójbieżnych o balonie 30-50 ml?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza cewniki Foley trójbieżne o balonie 30-50 ml.

**PYTANIE NR 3**

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia zamiast dokumentów potwierdzających posiadanie przez dany produkt dok. dopuszczających? W/w dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu na każde jego żądanie.”

**ODPOWIEDŹ**

Nie.

DYREKTOR  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
lek. med. Andrzej Kondaszewski