



Szpital Wojewódzki Koszalin



Koszalin, 30 kwietnia 2008r.

Kontakt:
Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: ewelina@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

znak pisma: TP-231/3/PN/33/2008

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetarg nieograniczony nr TP-231/3/PN/33/2008 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Oddziału Urologii.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: zadanie nr 1, poz. 48-57

„Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki Pezzera były długości 40 cm i posiadały 3 lub 4 otwory drenujące?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza cewnik Pezzera o długości 40 cm posiadający 3 lub 4 otwory drenujące.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Magdalena Sikora
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych