



# Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala 34 - 88 - 400  
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151  
Fax 34 - 88 - 103  
e-mail: [szpital@swk.med.pl](mailto:szpital@swk.med.pl)  
http: [www.swk.med.pl](http://www.swk.med.pl)  
znak pisma: TP.382.64.2019 EK

Koszalin, 24.07.2019 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.64.2019 EK – zakup aparatu RTG

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) niniejszym informuję o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

**I. Dział III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, otrzymuje brzmienie:**

8 tygodni od daty podpisania umowy.

**II Dział IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU otrzymuje brzmienie:**

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonywali lub są w trakcie wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie prawidłowe instalacje oprogramowania zapewniające jak najniższe dawki rentgenowskie użyte do badania pacjentów a w szczególności dzieci w trosce o zapewnienie jak największej ochrony radiologicznej.”

**III. Dział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA dodaje się w ust. 2 pkt 5, który otrzymuje brzmienie:**

**IV.**

„Oświadczenie producenta sprzętu, że przejmie zobowiązania gwarancyjne oraz serwisowe w przypadku likwidacji/ upadłości/ nie wywiązania się z umowy przez dystrybutora/oferenta sprzętu.”

**V. Dział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA dodaje się ust. 6.1, który otrzymuje brzmienie:**

„W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi wykaz wykonanych lub wykonywanych min. dwóch prawidłowych instalacji oprogramowania zapewniającego jak najniższe dawki rentgenowskie użyte do badania pacjentów a w szczególności dzieci w trosce o zapewnienie jak największej ochrony radiologicznej, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów, na rzecz których instalacje zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te instalacje zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego instalacje były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.”

**VI. Dział XI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Oferty należy przesłać do dnia 09.08.2019 r. do godz. 10:00

2. Otwarcie ofert:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2019 r., o godz. 10:15
- 2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
- 3) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

**VI. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w punkcie VI. STACJA AKWIZYCYJNA Z CYFROWĄ OBRÓBKĄ OBRAZU pkt 103, 104, 105:

103	Monitor obrazowy dotykowy o przekątnej min. 23", kolorowy, zgodny ze standardem DICOM – 2 sztuki, Dedykowany wózek do monitora do gabinetu RTG – 1 szt.	Tak, podać
104	Matryca wyświetlania	≥ 1920 x 1080 Tak, podać
105	Jasność min. 260 cd/m <sup>2</sup> , Kontrast min. 1000:1	Tak

**VII. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w punkcie VII. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU pkt 120, 121

120	Maksymalny czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych do 5 dni roboczych	Tak, podać	
121	Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych do 7 dni roboczych	Tak, podać	

**IX. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ**

1. § 1 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Kupującemu ....., wykonania adaptacji pomieszczeń Pracowni Radiologii oraz świadczenia usługi optymalizacji dawki, o której mowa w § 3 ust. 21 za cenę i w ilości jak w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będącej integralną częścią umowy.”

2. Zamawiający w § 3 projektu umowy dodaje ust. 21 o treści:

„Sprzedawca zobowiązany jest realizacji usługi optymalizacji dawki czyli zmniejszenia dawki w poszczególnych protokołach na urządzeniu, dla którego zostanie zainstalowane oprogramowanie, w terminie 60 dni i 180 dni od daty instalacji systemu oraz ponownej weryfikacji zoptymalizowanych protokołów, po wcześniejszym ustaleniu terminów z Zamawiającym.”

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr Maciej Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. technicznych i administracyjnych