



Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:
Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.66.2019 EK

Koszalin, 12.08.2019 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.66.2019 EK – rękawice jednorazowego użytku

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 1) Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Część nr 1 Nitrylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, bezpudrowe				
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem
	cena	AQL		
Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków	60 pkt	0 pkt		60 pkt
Część nr 2 Lateksowe rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne, pudrowane				
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem
	cena	AQL	Zawartość białek lateksowych	
Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków	60 pkt	0 pkt	0 pkt	60 pkt
Część nr 3 Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, bezpudrowe				
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem
	cena	AQL	Zawartość białek lateksowych	
Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków	60 pkt	0 pkt	0 pkt	60 pkt
Część nr 4 Nitrylowe rękawice, jednorazowego użytku, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka zakaże oraz do podawania cytostatyków				
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem
	cena	AQL	Liczba wykonanych badań	
Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków	60 pkt	0 pkt	0 pkt	60 pkt
Część nr 5 Lateksowe rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe, do zabiegów ortopedycznych				
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem
	cena	AQL	Zawartość białek lateksowych	
Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków	60 pkt	0 pkt	0 pkt	60 pkt
Część nr 6 Lateksowe rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe				
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem
	cena	AQL	Zawartość białek lateksowych	
Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków	60 pkt	0 pkt	20 pkt	80 pkt
Część nr 7 Rękawice ochronne, syntetyczne, neoprenowe, jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe, do przygotowywania cytostatyków				
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem

	cena	AQL	Badania na przenikanie cytostatyków		
Lohmann & Rauscher Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	45 pkt	20 pkt	0 pkt		65 pkt
Część nr 8 Lateksowe rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, mikrochirurgiczne, sterylne, bezpudrowe					
Wykonawca	Punkty w kryterium				Razem
	cena	AQL	Sily przy zerwaniu przed starzeniem	Sily przy zerwaniu po starzeniu	
Abook Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22 04-985 Warszawa	60 pkt	20 pkt	0 pkt	0 pkt	80 pkt
Część nr 9 Lateksowe rękawice, jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe z warstwą bakteriobójczą					
Wykonawca	Punkty w kryterium				Razem
	cena	AQL	Sily przy zerwaniu przed starzeniem	Sily przy zerwaniu po starzeniu	
Lohmann & Rauscher Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	60 pkt	0 pkt	0 pkt	0 pkt	60 pkt
Część nr 10 Lateksowe rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe z taśmą adhezyjną					
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem	
	cena	AQL	Zawartość białek lateksowych		
Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków	60,00	0 pkt	0 pkt	60 pkt	
Część nr 11 Neoprenowe rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe					
Wykonawca	Punkty w kryterium				Razem
	cena	AQL	Sily przy zerwaniu przed starzeniem	Sily przy zerwaniu po starzeniu	
Lohmann & Rauscher Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	60 pkt	0 pkt	0 pkt	0 pkt	60 pkt
Część nr 12 Winiłowe rękawice jednorazowego użytku bezpudrowe					
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem	
	cena	AQL			
Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków	60 pkt	0 pkt		60 pkt	

- 2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 60%, parametry poza cenowe 40%).
- 3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Część nr 1 Nitylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, bezpudrowe				
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem
	cena	AQL		
Abook Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22 04-985 Warszawa	0 pkt	0 pkt		0 pkt
Część nr 2 Lateksowe rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne, pudrowane				
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem
	cena	AQL	Zawartość białek lateksowych	
Abook Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22 04-985 Warszawa	0 pkt	0 pkt	20 pkt	20 pkt
Część nr 6 Lateksowe rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe				
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem
	cena	AQL	Zawartość białek lateksowych	
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	0 pkt	0 pkt	0 pkt	0 pkt
Abook Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22 04-985 Warszawa	45,52	0 pkt	19,75	65,27

Część nr 7 Rękawice ochronne, syntetyczne, neoprenowe, jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe, do przygotowywania cytostatyków					
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem	
	cena	AQL	Badania na przenikanie cytostatyków		
Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.K. ul. Dworcowa 41a/2 10-437 Olsztyn	0 pkt	20 pkt	0 pkt	20 pkt	
Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejskiej 30, 31-327 Kraków	60 pkt	0 pkt	0 pkt	60 pkt	
Część nr 8 Lateksowe rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, mikrochirurgiczne, sterylne, bezpudrowe					
Wykonawca	Punkty w kryterium				Razem
	cena	AQL	Siły przy zerwaniu przed starzeniem	Siły przy zerwaniu po starzeniu	
Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejskiej 30, 31-327 Kraków	0 pkt	0 pkt	0 pkt	2,50 pkt	2,50 pkt
Lohmann & Rauscher Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	9,68 pkt	0 pkt	10 pkt	10 pkt	29,68 pkt
Część nr 10 Lateksowe rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe z taśmą adhezyjną					
Wykonawca	Punkty w kryterium			Razem	
	cena	AQL	Zawartość białek lateksowych		
Lohmann & Rauscher Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	Oferta odrzucona				

2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Oferta nr 5 – złożona przez Lohmann & Rauscher Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie do części nr 10:

Zaofertowane rękawice posiadają siłę przy zerwaniu po starzeniu 15 N – wymóg stawiany przez Zamawiającego to min. 17 N, grubość rękawicy – palec 0,22 mm – wymóg stawiany przez Zamawiającego min. 0,23 mm.

3. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowy zostaną zawarte w dniu 19.08.2019 r.

z up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr *Magdalena Sikora*
Z-ca Dyrektora ds. technicznych i administracyjnych