Kontakt:
Centrala 34 – 88 – 400
Sekretariat Dyrektora 34 – 88 – 151
Fax 34 – 88 – 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http www.swk.med.pl

Koszalin, 13.06.2019 r.

znak pisma: TP.382.54.2019 BS

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.54.2019 BS – aparat do znieczulenia ogólnego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 79
„Czy Zamawiający dopuści akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, o czasie pracy 105 minut z możliwością rozbudowy o kolejny akumulator działający niezależnie - łączny czas pracy 210 minut?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 82
„Czy Zamawiający dopuści klawisze bezpośredniego dostępu na ekranie dotykowym monitora?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 83
„Czy Zamawiający dopuści monitor bez portu do systemu przywoływania pielęgniarki?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 86
„Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 6 krzywych bez odpowiadających im parametrów cyfrowych lub 5 krzywych z odpowiadającymi im 4 parametrami cyfrowymi?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 97
„Czy Zamawiający dopuści trendy, które obejmują cztery strony trendów, z których każdy zawiera maksymalnie cztery pola przedstawiające różne parametry?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 135
„Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę liczby napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / elementu z 2 na 3?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę.

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

PYTANIE NR 7 dotyczy projektu umowy, § 2 pkt. 6
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany w w/w punkcie poprzez dodanie „dni roboczych""
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 8 dotyczy projektu umowy, § 2 pkt. 6
„Biorąc pod uwagę, iż czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy wynosi 48h w dni robocze (czyli 2 dni) termin 3 dniowy na dostawę sprzętu zastępczego wydaje się być niemożliwy do osiągnięcia. Zakładając, że przedstawiciel serwisu przystąpi do naprawy tego samego dnia i oszacuje iż urządzenie wymaga wymiany części, zorganizowanie sprzętu zastępczego potrwa co najmniej kolejne 3 dni. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych."
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9 dotyczy projektu umowy, § 4
„W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. Niedopuszczalne jest kształtowanie kar w sposób całkowicie dowolny, bez jakiegokolwiek racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie Zamawiającego.
Ponadto kara umowna winna wyłącznie kompensować negatywne konsekwencje wynikające z uchybienia realizacji obowiązków umownych i nie może być postrzegana w kategoriach środka prawnego, chroniącego jedną ze stron ponad miarę i prowadzącego do bezpodstawnego wzbogacenia się jednej ze stron, kosztem drugiej.
W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu oraz zmianę w/w paragrafu pkt 1 na:
Pkt. 1. Zwłoki w realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w par. 1 ust 4. 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki
Pkt. 3. Odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych do Sprzedawcy – w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w par. 1 ust. 2"
ODPOWIEDŹ
§ 4, ust. 1, pkt. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku:
1) niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia;
3) odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedawcy - w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w § 1 ust. 2."

PYTANIE NR 10 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 134
„Czy Zamawiający określa maksymalny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający określa maksymalny czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie 3 dni, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Ma[illegible]ra
Z-ca Dyrektora ds. [illegible]

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7