Kontakt:
Centrala 34 – 88 – 400
Sekretariat Dyrektora 34 – 88 – 151
Fax 34 – 88 – 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http www.swk.med.pl

Koszalin, 04.11.2019 r.

znak pisma: TP.382.115.2019 BS

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.115.2019 BS – aparat ultrasonograficzny

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1
„Czy Zamawiający dopuści wprowadzony do oferty koreańskiego producenta w 2017 roku nowoczesny ultrasonograf nie posiadający panelu dotykowego? Urządzenie posiada bardzo prosty i intuicyjny interfejs, szerokie możliwości kalibracji oraz personalizacji ustawień, a także programowalne klawisze. Aparat wyposażony będzie w stolik jezdny."
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 7
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat przenośny, wyposażony we wbudowany akumulator, umożliwiający pracę bez zasilania z sieci przez min. 60 minut?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 8
„Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr jeżeli aparat ultrasonograficzny będzie wyposażony w rozdzielacz portów głowic, zintegrowany z stolikiem jezdnym umożliwiający podłączenie jednocześnie 3 głowic?"
ODPOWIEDŹ
Tak.

PYTANIE NR 4 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 9
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, którego czas gotowości do pracy wynosi około 50 sekund od chwili całkowitego wyłączenia?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 12
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który nie posiada modułu edukacyjnego? W zamian zaproponowany aparat posiadał będzie opcje automatycznej optymalizacji obrazu przy użyciu jednego klawisza??"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

PYTANIE NR 6 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt. 14
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, posiadający możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznych obrazów w tzw. Pętli CINE o maksymalnej długości 5 min?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga min. 25 000 klatek pamięci CINE.

PYTANIE NR 7 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 17
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, posiadający możliwość archiwizacji danych pacjenta w formatach BMP, JPG, AVI, WMV?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 8 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 18
„Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr jeżeli aparat ultrasonograficzny będzie wyposażony w 5 portów USB 2.0 do podłączenia urządzeń zewnętrznych?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 19
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf nie posiadający wyjścia HDMI? Urządzenie wyposażone jest w cyfrowe wyjście sygnału wideo w formacie DVI oraz będzie wyposażone w przejściówkę DVI-HDMI."
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 10 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 20
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający możliwość tworzenia opisów oraz komentarzy w języku polskim z użyciem polskich znaków, nie posiadający polskiego menu?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 22
„Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr jeżeli aparat ultrasonograficzny będzie wyposażony w kartę WIFI NANO podłączoną do portu USB?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 12 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 26
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf przenośny, posiadający monitor z matrycą 15,6" typu LED o rozdzielczości 1600x900 nie będący urządzeniem w formie tabletu? Regulacja parametrów możliwa jest z poziomu pulpitu."
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 13 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 29
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat nie posiadający opcji powiększenia okna diagnostycznego na cały ekran?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 14 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 33
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, którego zakres głębokości penetracji wynosi 1-30cm?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 15 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 35
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, którego prędkość odświeżania w trybie 2D wynosi 500 Hz?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 16 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 40

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, posiadający możliwość regulacji ugięcia pola obrazowego Dopplera kolorowego w zakresie +/- 14 stopni?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 17 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 41
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, którego prędkość odświeżania w trybie CD wynosi 48 Hz? Urządzenie umożliwia diagnostykę z zakresem prędkości 2,9cm/s – 404cm/s."
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 18 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 43
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, nie posiadający opcji automatycznego podążania pola Dopplera kolorowego za naczyniem, regulacja położenia bramki dopplerowskiej możliwa jest przy użyciu trackballa. Aparat posiada opcje automatycznej regulacji bramki Dopplera PW w zakresie 60/0/-60 stopni."
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 19 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 47
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, którego maksymalna mierzona prędkość przepływu w trybie PW wynosi 7 m/s?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 20 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 48
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, z możliwością regulacji bramki Dopplera PW w zakresie 0,7-20mm?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 21 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 51
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, którego maksymalna mierzona prędkość przepływu w trybie CW wynosi 15 m/s?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 22 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 55
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwość przesyłania raportów wyłącznie w formacie PDF?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 23 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 57
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w głowicę liniową 192 elementową z zakresem częstotliwości 8-17 MHz?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 24 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 61
„Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr, jeżeli zaproponowany aparat będzie posiadał dwie częstotliwości bazowe dla każdego z dwóch dostępnych trybów funkcji harmonicznych?"
ODPOWIEDŹ
Nie.

PYTANIE NR 25 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 62
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w głowicę liniową, dla której maksymalna głębokość obrazowania wynosi około 10 cm? Głowicy liniowej nie używa się do diagnostyki na większych głębokościach, dedykowaną do tego typu diagnostyki jest głowica convex."
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

PYTANIE NR 26 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 66
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w głowicę convex, posiadającą kąt pola obrazowego wynoszący 60 stopni?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 27 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 68
„Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr, jeżeli zaproponowany aparat będzie posiadał dwie częstotliwości bazowe dla każdego z dwóch dostępnych trybów funkcji harmonicznych?"
ODPOWIEDŹ
Tak.

PYTANIE NR 28 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 69
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w głowicę convex, której maksymalna głębokość obrazowania wynosi 30cm?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 29 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 75
„Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr, jeżeli zaproponowany aparat będzie posiadał dwie częstotliwości bazowe dla każdego z dwóch dostępnych trybów funkcji harmonicznych?"
ODPOWIEDŹ
Tak.

PYTANIE NR 30 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 76
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w głowicę kardiologiczną, której maksymalna głębokość obrazowania wynosi około 20cm?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 31
„Wnioskujemy o wyjaśnienie, doprecyzowanie i potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ultrasonograf posiadał możliwość integracji z systemem HIS Eskulap tzn. miał uruchomiony moduł DICOM 3.0 (Storage, Worklist) ale nie wymaga zakupu licencji HIS Eskulap?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowany ultrasonograf posiadał możliwość integracji z systemem HIS Eskulap.

PYTANIE NR 32
„Czy Zamawiający wymaga zakupu dodatkowych licencji oprogramowania HIS Eskulap w ramach dostawy ultrasonografu ?"
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wymaga.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 07.11.2019 r. do godz. 10.00, otwarcie ofert odbędzie się o godz. 10.15.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7