**Kontakt:**
Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http www.swk.med.pl

Koszalin, 29.04.2019 r.

znak pisma: TP.382.19.2019 EK

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.19.2019 EK – implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuję o dokonaniu następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

I. Dział. II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, otrzymuje brzmienie:

1. Część nr 1 – Stabilizatory zewnętrzne;
2. Część nr 2 – Endoproteza pierwotna cementowa stawu kolanowego;
3. Część nr 3 - Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego;
4. Część nr 4 – Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego;
5. Część nr 5 – System płyt i kabli do zaopatrywania złamań okołoprotezowych;
6. Część nr 6 – Panewka bezcementowa antyluksacyjna;
7. Część nr 7 – Elementy protez wykonanych z materiału przeznaczonego dla pacjentów uczulonych na metale;
8. Część nr 8 – Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, w pełni anatomiczna, cementowa;
9. Część nr 9 – Substytut kości w formie proszku;
10. Część nr 10 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, rewizyjna;
11. Część nr 11 – Cementowa anatomiczna endoproteza stawu kolanowego;
12. Część nr 12 – Cementowa endoproteza stawu biodrowego;
13. Część nr 13 – Gwoździe śródszpikowe;
14. Część nr 14 – Implanty ortopedyczne biodro, kolano;
15. Część nr 15 – Cement kostny;
16. Część nr 16 – Mieszalniki próżniowe do cementu;
17. Część nr 17 – Resorbowalny syntetyczny materiał kościozastępczy zawierający gentamycynę w postaci pastylek
18. Część nr 18 – Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa typu press-fit;
19. Część nr 19 – Endoproteza anatomiczna i odwrócona stawu barkowego;
20. Część nr 20 – Endoproteza urazowa stawu barkowego;
21. Część nr 21 – Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną-hypoalergiczną;
22. Część nr 22 – Membrany, implanty;
23. Część nr 23 – Implanty ortopedyczne uzupełniające;
24. Część nr 24 – Implanty do osteotomii oraz zespoleń kości śródstopia;
25. Część nr 25 – Zestaw implantów do rekonstrukcji barku i kolana wraz z akcesoriami;
26. Część nr 26 – Dynamiczny stabilizator biodrowy;
27. Część nr 27 – Endoproteza bezcementowa uniwersalna stawu biodrowego, głowa ceramiczna;
28. Część nr 28 – Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego;
29. Część nr 29 – Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego zaopatrująca obydwa przedziały;
30. Część nr 30 – Endoproteza cementowana stawu kolanowego;
31. Część nr 31 – Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego;
32. Część nr 32 – Implanty i narzędzia do zabiegów artroskopowych;
33. Część nr 33 - Płytki blokująco-kompresyjne;
34. Część nr 34 – Czysty siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku.
35. Część nr 35 – Implant łąkotki;
36. Część nr 36 – Implant ze stopu tytanu.

II. Dział IX. WADIUM, otrzymuje brzmienie

| numer części | wadium w zł | numer części | wadium w zł | numer części | wadium w zł | numer części | wadium w zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 010,00 | 10 | 1 591,00 | 19 | 1 504,00 | 28 | 352,00 |
| 2 | 2 190,00 | 11 | 273,00 | 20 | 720,00 | 29 | 700,00 |
| 3 | 4 275,00 | 12 | 138,00 | 21 | 735,00 | 30 | 1 500,00 |
| 4 | 388,00 | 13 | 3 509,00 | 22 | 1 170,00 | 31 | 492,00 |
| 5 | 350,00 | 14 | 13 519,00 | 23 | 192,00 | 32 | 168,00 |
| 6 | 180,00 | 15 | 950,00 | 24 | 873,00 | 33 | 3 814,00 |
| 7 | 1 204,00 | 16 | 437,00 | 25 | 1 324,00 | 34 | 950,00 |
| 8 | 600,00 | 17 | 117,00 | 26 | 330,00 | 35 | 320,00 |
| 9 | 36,00 | 18 | 2 191,00 | 27 | 7 050,00 | 36 | 34,00 |

III. Dział XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia 15.05.2019 r. do godz. 10.00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

IV. Zamawiający wydziela z:
1. części nr 22 poz. 4 do osobnej części nr 35 (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach w załączeniu);
2. części nr 32 poz. 1 do osobnej część nr 36 (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach w załączeniu);

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

**FORMULARZ OFERTOWY**

| CZĘŚĆ NR 22 MEMBRANY, IMPLANTY | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Membrana do leczenia ubytków 3,5x3,5x0,6 | | szt. | 4 | | | | | |
| 2 | Membrana do leczenia ubytków 5,0x5,0x0,6 | | szt. | 1 | | | | | |
| 3 | Membrana z kolagenu 5x5x0,2/0,4 | | szt. | 5 | | | | | |
| 4 | Implanty do artroplastyki do małych stawów | | szt. | 5 | | | | | |
| 5 | System do pozyskiwania osocza | | kpl. | 5 | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | |
| Okres ważności..... miesięcy | | | | | | | | | |
| Termin reklamacji.....dni | | | | | | | | | |

| CZĘŚĆ NR 32 - IMPLANTY I NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe | | Szt. | 3 | | | | | |
| 2 | Implant typu endobutton lub równoważny | | Szt. | 5 | | | | | |
| 3 | Szydło do prowadzenia przeszczepu | | Szt. | 5 | | | | | |
| 4 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe | | Szt. | 5 | | | | | |
| 5 | Szydło do prowadzenia przeszczepu | | Szt. | 3 | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | |
| Okres ważności ..... miesięcy | | | | | | | | | |
| Termin reklamacji.....dni | | | | | | | | | |

| CZĘŚĆ NR 35 IMPLANT ŁĘKOTKI | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Implant łękotki | | szt. | 2 | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | |
| Okres ważności..... miesięcy | | | | | | | | | |
| Termin reklamacji.....dni | | | | | | | | | |

| CZĘŚĆ NR 36 - IMPLANT ZE STOPU TYTANU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Implant ze stopu tytanu wykonany w kształcie tulei z podłużnym uchwytem pozwalającym na przewieszenie więzadła | | Szt. | 3 | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | |
| Okres ważności ..... miesięcy | | | | | | | | | |
| Termin reklamacji.....dni | | | | | | | | | |

| CZĘŚĆ NR 22 MEMBRANY, IMPLANTY | | |
|---|---|---|
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Producent, typ, nr katalogowy |
| 1 | Membrana do leczenia ubytków chrzęstno-kostnych.<br>Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I. Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg. Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg. Wymiary 3,5cm x 3,5 cm x 0,6cm | |
| 2 | Membrana do leczenia ubytków chrzęstno-kostnych. Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I. Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg. Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg.<br>Wymiary: 5,0cm x 5,0 cm x 0,6cm | |
| 3 | Membrana do leczenia ubytków chrzęstnych.<br>Zbudowana z kolagenu typ I pochodzenia końskiego nie usieciowanego. Składająca się z dwóch warstw chropowatej i gładkiej. Z membraną dołączony sterylnie pakowany przymiar wykonany z elastomeru. Wymiary: 5cm x 5cmx0,2/0,4 | |
| 4 | Implanty przeznaczone do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp<br>U pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. Stawami w których produkt jest stosowany, są stawy śródstopno-paliczkowe I-V (MTP I-V) stopy, nadgarstkowo-śródręczny (CMC I) oraz śródręczno-paliczkowe II-V (MCP II-V) dłoni. Implanty wykonane z bio-przyswajalnego włókna kopolimerowego poli-L/D-laktydu w proporcji 96L/4D.<br>Średnica implantu od 8 do 20 mm, grubość od 3,6 do 4,5 mm. | |
| 5 | System do pozyskiwania osocza bogatpłytkowego (PRP) z 20 ml krwi obwodowej umożliwiający pozyskanie 2 – 3 ml osocza bogatopłytkowego<br>Skład: strzykawki 5 ml, 10 ml, 20 ml, fiolki do wirowania z zamknięciem oraz tłokiem i popychaczem wkręcanym na gwint, trzy łączniki luer (female-female) oraz dwie igły.<br>Opakowanie sterylne zawierające „fiszki" - etykiety identyfikowalności | |

| CZĘŚĆ NR 32 - IMPLANTY I NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH | | |
|---|---|---|
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Producent, typ, nr katalogowy |
| 1 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe -<br>tytanowa podkładka zaopatrzona w gwoździe korowe, rozmiar 16 i 18 mm. Śruba tytanowa kompresująca podkładkę. Śruba korowa długości 30-60mm i śruba gąbczasta o długości 24-60mm.<br>System pozwalający na mocowanie przeszczepu na zewnątrz kanału piszczelowego. | |
| 2 | Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | |
| 3 | Szydło do prowadzenia przeszczepu | |
| 4 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. | |
| 5 | Szydło do prowadzenia przeszczepu | |
| 6 | Dwa miękkie implanty do szycia łąkotki, wykonane z poliestru #5, połączone samozaciskającą się podwójną nicią 2-0, osadzone na jednorazowym podajniku. | |
| 7 | Kotwica do barku, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, w opakowaniu 1szt. | |
| 8 | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: płaszcz, wiertło i obturator. | |
| 9 | Kotwice do barku, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. W zestawie 10 szt. implantów | |
| 10 | Kotwice przeznaczone do pierwszego rzędu kotwic przy rekonstrukcji stożka rotatorów. Wykonane z materiału PEEK lub typu LactoSorb lub równoważne, średnica 5,5mm i/lub 6,8 mm, wkręcane, podwójna nitka polietylenowa wzmocniona. | |
| 11 | Kotwica przeznaczona do pierwszego rzędu kotwic przy rekonstrukcji stożka rotatorów. Wykonana z tytanu, średnica 5,0mm i/lub 6,5 mm, wkręcana, podwójna nitka polietylenowa wzmocniona. | |
| 12 | Kotwica przeznaczona do drugiego rzędu kotwic przy rekonstrukcji stożka rotatorów. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5mm i/lub 6,8mm wkręcana, bezwęzłowa. Implant umożliwia napięcie max. 4 nitek z kotwic pierwszego rzędu przy użyciu podwójnej prowadnicy nitinolowej. | |
| 13 | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: płaszcz, wiertło i obturator do stożka rotatorów. | |
| 14 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie wzmocnione nici. | |
| 15 | Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu stawu kruczo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 6,35mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant. | |
| 16 | Wiertło kaniulowane 4,5mm | |
| 17 | Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu stawu strzałkowo-piszczelowego składający się z:<br>1) guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm;<br>2) ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową.<br>W zestawie nić prowadząca implant. | |
| 18 | Szydło do prowadzenia przeszczepu | |
| 19 | Wiertło kaniulowane 3,2mm | |
| 20 | Implant do stawu skokowego - płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową oraz guzikiem, do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego oraz narzędzia jednorazowe | |
| 21 | Miękka kotwica do ścięgien, wykonana z plecionki poliestrowej zakończona dwoma igłami, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. | |
| 22 | Celownik do prowadzenia implantu | |

| CZĘŚĆ NR 35 IMPLANT ŁĘKOTKI | | |
|---|---|---|
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Producent, typ, nr katalogowy |
| 1 | Syntetyczny implant łąkotki.<br>W dwóch wielkościach: do augmentacji łąkotki przyśrodkowej i bocznej. Implant nie wymagający hydratyzacji (namoczenia) w soli fizjologicznej przed osadzeniem. Zastosowane tworzywo nie powinno zmieniać swych właściwości mechanicznych po namoczeniu. Implant stanowiący rusztowanie do budowy własnej tkanki pacjenta i ulegający przebudowie do tkanki własnej. Opakowanie z implantem (podwójne, sterylne) zawierające sterylny przymiar umożliwiający dokładne dopasowanie implantu do ubytku tkanki oraz jedną sztukę implantu łąkotki bocznej – lateral, albo przyśrodkowej- medial. | |

| CZĘŚĆ NR 36 - IMPLANT ZE STOPU TYTANU | | |
|---|---|---|
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Producent, typ, nr katalogowy |
| 1 | Implant ze stopu tytanu wykonany w kształcie tulei z podłużnym uchwytem pozwalającym na przewieszenie więzadła, wyposażony w zapadkę blokującą się w kanale udowym na kości korowej. Wprowadzany wzdłuż kanału udowego. Implant zapakowany sterylnie wraz z drutem prowadzącym. Średnica 7/8mm i 9/10mm i 6mm, długość 7,12 i 22mm. | |